Pansement 3M™ Tegaderm™ CHG
Pansement au gluconate de chlorhexidine pour fixation de cathéters

FR

Description :

Le pansement 3M™ Tegaderm™ CHG au gluconate de chlorhexidine est indiqué pour la protection des sites de ponction et la fixation des dispositifs médicaux sur la peau. Disponible en plusieurs formes et dimensions.

Le pansement 3M™ Tegaderm™ CHG est composé d'un film transparent adhésif intégrant un tampon de gel qui contient du gluconate de chlorhexidine (CHG) à 2%, un agent antiseptique avec activité antimicrobienne et antifongique à large spectre. Le tampon de gel a une capacité d'absorption de liquides. Le film transparent adhésif protège le site de ponction en assurant une barrière efficace (étanche) contre la contamination externe, notamment de liquides, bactéries, virus* et levures.

Des essais *in vitro* (destruction dans le temps et zone d'inhibition) ont montré que le tampon de gel 3M™ Tegaderm™ CHG a un effet antimicrobien contre plusieurs bactéries à gram positives et à gram négatives et des levures, dont les micro-organismes les plus couramment associés à des bactériémies liées aux cathéters.

Grâce à sa transparence le pansement 3M™ Tegaderm™ CHG permet une surveillance continue du site de ponction. Sa semi-perméabilité favorise l'évacuation de la vapeur d'eau et laisse respirer la peau.

*Les essais *in vitro* montrent que le film transparent constitue une barrière virale pour des virus d'un diamètre de 27 nm ou plus, à condition qu'il n'y ait pas de fuites et que l'intégrité du pansement soit respectée. La capacité de barrière contre les virus est due aux propriétés physiques du pansement, plutôt qu'à une action supplémentaire du CHG.

Indications :

Le pansement 3M™ Tegaderm™ CHG au gluconate de chlorhexidine est indiqué pour la protection des sites de ponction, la fixation de cathéters et d'autres dispositifs médicaux sur la peau. Les indications les plus courantes incluent le maintien et la protection des cathéters veineux, d'autres cathéters intra-vasculaires et de tous types de dispositifs médicaux percutanés. Le pansement 3M™ Tegaderm™ CHG permet de réduire la colonisation cutanée et de supprimer la repousse des micro-organismes.

Avertissements :

NE PAS UTILISER LES PANSEMENTS TEGADERM™ CHG SUR DES ENFANTS PRÉMATURÉS. L'UTILISATION DE PRODUITS CONTENANT DU GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE SUR DES ENFANTS PRÉMATURÉS PEUT CAUSER DES RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ OU UNE NÉCROSE CUTANÉE.

LA TOLÉRANCE ET L'EFFICACITÉ DU PANSEMENT 3M™ TEGADERM™ CHG N'ONT PAS ÉTÉ ÉVALUÉES CHEZ DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS. A USAGE EXTERNE UNIQUEMENT. ÉVITEZ LE CONTACT DU PRODUIT AVEC LES MUQUEUSES, DONT CELLES DES OREILLES, DES YEUX ET DE LA BOUCHE.

NE PAS APPLIQUER CE PRODUIT SUR DES PATIENTS AYANT UNE ALLERGIE CONNUE AU GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE. L'UTILISATION DE PRODUITS CONTENANT DU GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION CUTANÉE, UNE SENSIBILISATION OU DES RÉACTIONS ALLERGIQUES GÉNÉRALISÉES. EN CAS DE RÉACTIONS ALLERGIQUES, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET SI ELLES SONT SÉVÈRES, CONSULTER UN MÉDECIN.

Des réactions d'hypersensibilité associées à l'usage topique de gluconate de chlorhexidine ont été rapportées dans plusieurs pays. Les réactions les plus graves (y compris l'anaphylaxie) se sont produites chez de patients traités avec des lubrifiants, contenant du gluconate de chlorhexidine, utilisés pendant des procédés urologiques. Lors de l'utilisation des produits contenant du gluconate de chlorhexidine garder toujours en tête le risque d'allergies, ceci implique donc la surveillance attentive des patients.

Précautions : Les pansements 3M™ Tegaderm™ CHG ne doivent pas être appliqués sur une plaie infectée ou sur une peau lésée. Il n'est pas indiqué comme traitement de bactériémies liées aux cathéters ou d'infections liées à des dispositifs percutanés.

Des études de biocompatibilité ont été réalisées sur l'emploi de pansements jusqu'à 30 jours.

En cas d'infection nosocomiale, employer des antibactériens systémiques si indiqué.

Une parfaite hémostase de tout saignement actif au niveau du site d'insertion doit être obtenue avant l'application du pansement.

Ne pas étirer le pansement pendant la pose. Une lésion cutanée mécanique peut se produire si le pansement est appliqué sous tension.

Afin d'assurer une bonne adhérence et de prévenir toute irritation cutanée, la peau doit être saine, parfaitement sèche et dépourvue de résidus des produits utilisés pour la détersion. Laisser sécher complètement toutes les solutions désinfectantes et protectrices avant d'appliquer le pansement afin d'empêcher une irritation de la peau et assurer une bonne adhérence.

Mode d'emploi :

Choix du pansement : Choisir un pansement assez grand pour obtenir une surface adhésive d'au moins 2,5 cm sur la peau saine autour du site de ponction.

Préparation du site : Préparer la peau conformément au protocole de l'établissement. La tonte des poils au niveau et autour du site de ponction peut améliorer l'adhérence du pansement. Le rasage n'est pas recommandé. La peau doit être propre, sèche et libre de tout résidus

de produit de detersion. Laisser sécher complètement toutes les solutions désinfectantes et protectrices avant d'appliquer le pansement pour éviter toute irritation cutanée et assurer une bonne adhérence.

Une hémostase parfaite du site de ponction est nécessaire avant l'application du pansement.

Application :

1. Ouvrir le sachet et en retirer le pansement stérile.
2. Retirer le support en papier du pansement, pour en exposer la surface adhésive.
3. Centrer le tampon de gel sur le site de ponction et presser le pansement contre la peau. Ne pas étirer le pansement lors de la pose. Une lésion cutanée mécanique peut se produire si le pansement est appliqué sous tension.
4. Retirer minutieusement le cadre de pose tout en lissant les bords du pansement.
5. Lisser le film transparent du centre vers les bords, en pressant fermement pour améliorer l'adhérence.
6. Les bandelettes adhésives stériles peuvent être utilisées : sous les ailettes ou l'embase du cathéter – pour protéger la peau ; sur les ailettes ou l'embase du cathéter – pour améliorer la stabilité du cathéter ; pour fixer les tubulures ou stabiliser les voies du cathéter.
7. Consigner la date et l'heure de changement du pansement conformément au protocole de l'établissement. Retirer l'étiquette du cadre et la placer sur le pansement.

Soins du site d'application :

1. Le site doit être examiné chaque jour pour déceler précocement l'apparition d'éventuels signes d'infection ou autres complications. Si une infection est suspectée, retirer le pansement, inspecter directement le site et déterminer l'intervention médicale appropriée. Une infection peut se manifester par un accès de fièvre, une douleur, une rougeur, une tuméfaction, une odeur ou un écoulement inhabituel.
2. Changer le pansement aussi souvent que nécessaire, conformément au protocole de l'établissement ; selon les recommandations des organismes sanitaires compétents, les pansements devraient être renouvelés au moins une fois tous les sept jours. Les sites de ponction présentant un exsudat important peuvent nécessiter un renouvellement des pansements plus fréquent.

Retrait du pansement : Saisir doucement un bord du pansement et décoller lentement le pansement, dans la direction de la pousse des poils. Pour éviter tout traumа cutané lors de la dépose, étirer la partie transparente du pansement parallèlement à la surface de la peau au lieu de la soulever en tirant.

Pour faciliter le retrait du tampon de gel, utiliser des compresses ou cotons stériles imbibés d'alcool ou de sérum physiologique stérile. Si nécessaire, un solvant pour adhésifs médicaux peut permettre de retirer la bordure du pansement.

Lors du retrait du pansement, veiller à ne pas déplacer les cathéters ou autres dispositifs. Veiller à maintenir la peau et le cathéter lors du retrait du pansement.

Stockage et durée de conservation : Pour obtenir les meilleurs résultats, stocker le produit dans un endroit frais et sec. Pour la durée de vie, voir la date d'expiration sur l'emballage. La stérilité du pansement est garantie, à moins que l'emballage individuel ne soit ouvert ou endommagé.

Pour toute question ou tout commentaire, s'adresser au Centre d'Information client de 3M Santé au N° Azur 0 810 331 300. www.3M.com

N° de catalogue	Dimensions du pansement	Teneur moyenne en CHG de chaque pansement (mg basé sur la taille du coussinet de gel)
1657R	8,5 cm x 11,5 cm (3-1/2 x 4-1/2 po)	45
1658R	10 cm x 12 cm (4 x 4-3/4 po)	45
1659R	10 cm x 15,5 cm (4 x 6-1/8 po)	78

• Sans latexa

• Stérile si l'emballage n'est ni ouvert ni détérioré.

CE 0086
EC REP
3M Health Care
D-41453 Neuss, Germany